# Алкотестер Алконт 01 са

ИМ-7.5362/1911 до 29.11.2024

дискретность показаний 0.1 ‰, время анализа 13 сек, диапазон измерений 0.0-2.0 ‰, потребляемая мощность 4 Вт, размеры 191×74×27 мм, масса 0.4 кг

Брестское техническое агентство ООО, Беларусь

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 |
| Защита от симуляций | Да |
| Функция пофамильного контроля | Да |
| Дискретность показаний | 0.1 ‰ |
| Продолжительность анализа пробы | 13 сек |
| Отображаемые значения с установленной погрешностью | 0.0-2.0 ‰ |
| Отображаемые значения, экстраполируемые прибором | 2-8 ‰ |
| Приведенная погрешность в диапазоне от 0,0 до 0,5‰ | 20 % |
| Приведенная погрешность в диапазоне от 0,6 до 2,0‰ | 15 % |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Размеры | 191×74×27 мм |
| Масса | 0.4 кг |

## Дополнительные характеристики

**Характеристики:**

• Прибор с помощью пиктограммы показывает состоянии заряда аккумуляторной батареи.
• Хранит 9000 результатов измерений.
• Современный малопотребляющий газовый сенсор серии 2000.

**Питание:**

- сетевой адаптер – 12.6 ± 2 В и 230 ± 23 В;
- встроенный литий-ионный аккумулятор – 7.4 В, 2000 мА×ч (до 24 часов непрерывной работы).