

## Алкотестер Алконт 01 су

ИМ-7.5362/1911 до 29.11.2024

дискретность показаний 0.1 ‰, время анализа 13 сек,  
диапазон измерений 0.0-2.0 ‰, потребляемая  
мощность 4 Вт, размеры 191×74×27 мм, масса 0.3 кг

Брестское техническое агентство ООО, Беларусь

