

Анализатор агрегации тромбоцитов четырехканальный Helena AggRAM

ИМ-7.108125 до 19.12.2024

портативный, автоматический, четырехканальный,
метод исследования фотометрический, используется
цитратная плазма, объем пробы 250 мкл, длина
волны 650 нм, образцов 4 шт., реагентов 4 шт.,
подключение к ЛИС

Helena Laboratories, Великобритания

