

Анализатор гликированного гемоглобина Infopia Clover A1c

ИМ-7.96546/2010 до 22.10.2025

автоматический, настольный, экспресс-анализатор,
длина волны 415 нм, считывание штрих-кода

Infopia Co. Ltd., Южная Корея

