Анализатор осадка мочи Uscanner (E)

ИМ-7.106474 до 28.04.2023

полуавтоматический, вид исследования осадок, 100 образцов в час, автоподатчик для проб, подключение к ЛИС

Miyuki Elex Co., Ltd., Япония

Характеристики

Тип	полуавтоматический
Вид исследования	осадок
Параметры исследования	- эритроциты (RBC); - лейкоциты (WBC); - лейкоцитарные сгустки (WBCc); - гиалиновые цилиндры (HYA); - патологические цилиндры (PAT) эпителиальные клетки (EPI); - мелкие круглые клетки (SRC); - бактерии (BAC); - грибы (YEA); - кристаллы: моногидрат оксалата кальция (CaOxm), дигидрат оксалата кальция (CaOxd), мочевая кислота (URI), трифосфат (TRI); - мукус (MUC); - сперматозоиды (SPRM); - лекарственные кристаллы; - онкоклетки (патология простаты) и др.
Производительность	100 образцов в час
Память	66 000 образцов
Автоподатчик для проб	Да
Возможность подключения к ЛИС	Да

Дополнительные характеристики

Полная корреляция с ручным методом.