medcatalog

12.10.2024

Косметологический аппарат Cesare Quaranta Q-Frequency

ИМ-7.103924 до 31.03.2021

воздействие электромагнитное, частота 500 кГц, биоимпедансометрический тест, программы

Cesare Quaranta s.r.l, Италия

Характеристики

Воздействие	электромагнитное
Частота	500 кГц
Применение	лимфодренаж / подтяжка кожи тела / подтяжка овала лица / разглаживание морщин / уменьшение целлюлита / устранение избыточной жировой ткани
Длительность процедуры	5-99 мин
Биоимпедансометрический тест	Да
Программы	Да
Размер	500×1230×360 мм

Дополнительные характеристики

Аппарат высокочастотной электромагнитной терапии Q-Frequency (радиолифтинг, термолифтинг) позволяет добиться хороших результатов в устранении морщин, омоложении, борьбе с целлюлитом, а также уменьшить объемы жировой ткани.
Всего за несколько сеансов происходит восстановление структуры кожи, а эффект от курса процедур нарастает в последующие 4-6 месяцев и сохраняется на протяжении года.

Результатом действия радиочастоты является эффект лифтинга. Немедленный эффект обусловлен контролируемым сокращением волокон коллагенового каркаса кожи. При достижении определенной температуры запускается процесс ремоделирования коллагена. Коллагенновые волокна начинают приобретать первоначальную упругость и сжимаются. Визуально это выражается в уплотнении кожи и сокращении морщин. Отсроченный лифтинговый эффект достигается за счет того, что разогрев дермы до определенных температур запускает ряд компенсаторных механизмов, включая пролиферацию фибробластов, увеличение местного кровообращения и ускоренную продукцию трехмерно-ориентированного неоколлагена, характерного для молодой кожи.

Емкостный режим - монополярная РЧ энергия используется для глубокого воздействия.
Резистивный режим - биполярная РЧ энергия воздействует более поверхностно и локально.

Технические характеристики:

- тип оборудования: радиочастотный излучатель 230 В Ас 50/60 Гц;
- питание по запросу: 110 В АС 50/60 Гц;
- потребляемая мощность: 250 ВА.

Радиочастотный высокий и низкий импеданс:

- на выходе: резистивный, емкостной режимы;
- частота: 500 кГц;
- уровень высокого импеданса: регулируемый от 0% до 100% 0 - 100 Вт;
- уровень низкого импеданса: регулируемый от 0% до 100% 0 - 20 Вт;
- питание для BIA (биоимпедансометрии): 0.8 мА - 5 кГц, 50 кГц, 100 кГц;
- время процедур: устанавливается автоматически в зависимости от программы, можно менять по желанию от 5 до 99 мин;
- программы:
  1 программа для лица (низкий импеданс),
  12 программ для тела (низкий импеданс),
  1 программа для лица (высокий импеданс),
  12 программ для тела (высокий импеданс),
  1 программа для биоимпедансометрического теста,
  1 программа для управления смарт-картами,
  1 программа счета процедур,
  1 программа для регулировки аппарата;
- классификация: класс I тип B;
- температурный режим: 10 ÷ 45°C;
- влажность: 0 ÷ 85% без конденсата.