Биологический индикатор стерилизации БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР

ИМ-7.109682/2504

биологический, ПЕР

ВИНАР НПФ ООО, Россия

Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ПЕР

Описание

Индикатор «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР» представляет собой пластиковую пробирку, на дно которой помещены высушенные споры бактерий Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718. Внутри пластиковой пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. Пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия, защищённые бактериальным фильтром.

В комплект входит: запатентованный ломатель, позволяющий легко активировать индикаторы.

Преимущества автономных индикаторов «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-Винар»:
- исключение любой возможности контаминации после стерилизации - однозначная трактовка результата;
- возможность использования в любом ЛПО, при наличии термостата;
- наличие пробок, предотвращающих вскрытие индикаторов и, соответственно, контаминацию простерилизованных БИ во время их инкубирования;
- отсутствие необходимости обеспечения асептических условий работы;
- размещение химического индикатора 1-го класса на каждом индикаторе, позволяющего отличить простерилизованные БИ от нестерилизованных;
- возможность работы персонала без специальных навыков исполнения микробиологических мероприятий.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортирования.