

Биологический индикатор стерилизации БиотЕСТ-ПР2-ВИНАР

ИМ-7.109681 до 16.03.2026

биологический, ПАР, многорежимный, 110°C - 20 мин /
110°C - 30 мин / 112°C - 10 мин / 112°C - 15 мин /
112°C - 20 мин / 112°C - 30 мин

ВИНАР НПФ ООО, Россия

