

Оттисковой материал Chromat 7600

ИМ-7.102615 до 30.04.2020

базовая масса, для снятия слепка, смешивание 30 с,
рабочее время 1 мин 20 с, застывание 2 мин, вес 0.45
кг

Dr. Ihde Dental AG, Швейцария

