

Глюкометр НИИ Радиоматериалов ИРМА

ИМ-7.102601/1805 до 31.05.2023

глюкометр, концентрация глюкозы 1.0-33.0 ммоль/л,
время измерения 40 сек, рабочая температура 4-40
°С, контрольная полоска

Минский НИИ радиоматериалов ОАО, Беларусь

