

Глюкометр ИРМА Плюс с речевым сопровождением

ИМ-7.108503 до 30.04.2025

глюкометр, концентрация глюкозы 1.0 ммоль/л, время измерения 40 сек, память

Минский НИИ радиоматериалов ОАО, Беларусь

