

## Имплант Mi1200 SYNCHRONY: Flex 20, Flex 24

ИМ-7.108225 до 06.02.2025

имплант, диаметр на апикальном конце 0.5×0.3 мм,  
диаметр на базальном конце 0.8 мм, количество  
электродов 24, прямая электродная решетка, длина  
15.4-20.9 мм, размер 45.7×25.4×4.5 мм

MED-EL Elektromedizinische Gerate GmbH, Германия

