

Индикатор паровой стерилизации ИКПС-ВН/01 –Медтест-132/20

ИМ-7.108403 до 07.04.2025

химический, ПАР, 4 класс, 132°C - 20 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия

