

## Индикатор паровой стерилизации ВИНАР СтериТЕСТ-П-А

ИМ-7.106912 до 04.10.2023

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 120°C - 45 мин / 126°C - 30 мин / 132°C - 20 мин, внутри упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия

