

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР ИнТЕСТ-ПФ1

ИМ-7.106912 до 04.10.2023

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 121°C - 20 мин / 134°C - 4 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия

