Индикатор паровой стерилизации ВИНАР ИнТЕСТ-ПФ3

ИМ-7.106912 до 04.10.2023

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 121°С - 35 мин / 126°С - 20 мин / 134°С - 7 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия