

Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-П-01

ИМ-7.107523 до 28.05.2024

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 120°C - 45 мин / 126°C - 30 мин / 132°C - 20 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия

