

Тест Бови-Дика Медтест-ИХ/А 134/5 и 121/20 (класс 2)

ИМ-7.108403 до 07.04.2025

химический, ПАР, тест Бови-Дика, 2 класс,
многорежимный, 121°C - 20 мин / 134°C - 5 мин

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Тест Бови-Дика	Да
Класс	2 класс
Многорежимный	Да
Режимы	121°C - 20 мин / 134°C - 5 мин

Дополнительные характеристики

Индикатор Бови-Дик тест (2 класс) имитируют наиболее «сложные» для обработки насыщенным паром изделия - пористые или полые загрузки.

Переход химического индикатора в конечное состояние в таких условиях свидетельствует об эффективности удаления воздуха и проникания пара - непосредственно от этих двух процессов в значительной степени зависит эффективность паровой стерилизации.