

Индикатор паровой стерилизации ИндигоМед ВНИВ 121/20

ИМ-7.115317

химический, ПАР, 4 класс, 121°C - 20 мин, снаружи упаковки

ИндигоМед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	121°C - 20 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки

Дополнительные характеристики

Индикатор позволяет выявить отклонения от регламентных параметров режимов и условий паровой стерилизации, вызванных:

- наличием воздуха внутри стерилизуемых пакетов, упаковок;
- недостаточной длительностью фазы удаления воздуха, отсутствием герметичности (подсоса воздуха) стерилизатора в фазе удаления воздуха;
- неоднородностью параметров подаваемого пара (текущий, сухой, перегретый);
- ненадлежащей конфигурацией или объёмом загрузки;
- ошибкой в установке параметров режимов стерилизации или их сбоем.

В комплект поставки входят:

- индикаторы в количестве, кратном 10 или другим количеством по согласованию с потребителем;
- инструкция по применению (использованию) индикаторов;
- упаковка;
- журнал контроля стерилизации.