

Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-П-06

ИМ-7.107523 до 28.05.2024

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 100°C - 150 мин / 105°C - 100 мин / 112°C - 45 мин / 115°C - 35 мин / 121°C - 20 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия

