

## Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-П-07

ИМ-7.107523 до 28.05.2024

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 100°C -  
120 мин / 105°C - 75 мин / 112°C - 35 мин / 115°C - 30  
мин / 121°C - 15 мин, внутри упаковки / снаружи  
упаковки

Медтест-СПб АО, Россия

