

Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-П-08

ИМ-7.107523 до 28.05.2024

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 100°C -
100 мин / 105°C - 60 мин / 112°C - 30 мин / 115°C - 20
мин / 121°C - 12 мин, внутри упаковки / снаружи
упаковки

Медтест-СПб АО, Россия

