

## Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-П-15

ИМ-7.107523 до 28.05.2024

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 100°C - 45 мин / 110°C - 20 мин / 120°C - 12 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия

