Индикатор паровой стерилизации Бел-Медикон ТВП-У 120/15

ИМ-7.100093/2304

химический, ПАР, 4 класс, 120°С - 15 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки, в упаковке 1000 шт.

Бел-Медикон ООО, Беларусь

Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	120°С - 15 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки
Количество в упаковке	1000 шт.

Дополнительные характеристики

Индикатор многопараметрический химический одноразовый для контроля паровой стерилизации ТВП на бумажной основе **с двумя метками**:
- индикаторной, покрытой паронепроницаемым водозащитным слоем;
- эталонной.

Изготовляется в соответствии с ТУ BY 690821649.001-2013.
Соответствуют классу 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1.

Работает по циклам стерилизации:
- типа В.1 по ГОСТ Р ИСО 13683 «насыщенный пар - вентилируемые системы» так называемый «гравитационный» цикл стерилизации;
- типа В.2 по ГОСТ Р ИСО 13683 «насыщенный пар - принудительное удаление воздуха».