Индикаторы воздушной стерилизации ВИНАР ИнТЕСТ-В1 160/150

ИМ-7.106912 до 04.10.2023

химический, ВОЗД, 4 класс, 160°С - 150 мин, внутри упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия

Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ВОЗД
Класс	4 класс
Режимы	160°С - 150 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Дополнительные характеристики

Индикаторы ИнТЕСТ-В предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации - температуры и времени стерилизационной выдержки - в камере стерилизатора и внутри упаковок и изделий по ГОСТ 22649-83.

Характеристики продукта:
- соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы - метка «Н» - контроль параметров в камере стерилизатора) и классу 5 (интегрирующие индикаторы - метка «В» - контроль параметров внутри упаковок и изделий) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- **нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов**;
- гарантийный срок годности: 24 месяца.

Применяются в следующих режимах:
- индикаторная метка «В» контроль параметров внутри упаковок и изделий: 180°С - 70 мин, 170°С - 30 мин, 180°С - 9 мин;
- индикаторная метка «Н» контроль параметров в камере стерилизатора: 160°С - 150 мин.