

Инкубатор 3M Attest Auto-Reader 390

ИМ-7.109903 до 06.05.2026

стерилизация паровая, температура инкубирования
60 °С, подключение к ПК

3M Health Care, США

