Инкубатор 3M Attest Auto-Reader 390G

ИМ-7.109903 до 06.05.2026

стерилизация газовая, температура инкубирования 37 °C, подключение к ПК

3M Health Care, США

Характеристики

Стерилизация	газовая
Температура инкубирования	37 °C
Подключение к ПК	Да

Описание

Инкубатор 3M Attest Auto-Reader 390G предназначен для инкубации и автоматического считывания этиленоксидных биологических индикаторов (БИ) быстрого считывания 3M Attest 1294 при температуре инкубирования 37°C с предоставлением конечного результата проверки флуоресценции по истечении 4 часов.

Есть возможность подключить устройство к ПК через Internet, что позволяет удаленно просматривать текущее состояние БИ, изменять настройки инкубатора, просматривать записи последних 100 БИ, распечатывать документацию или сохранять ее в виде электронных файлов.