

Инкубатор 3M Attest Auto-Reader 390G

ИМ-7.109903 до 06.05.2026

стерилизация газовая, температура инкубирования 37 °С, подключение к ПК

3M Health Care, США

