

Инструменты для препарирования корневого канала XP-endo Shaper FKG

ИМ-7.107471 до 28.05.2024

машинная обработка, MAXWire, для лечения / для повторного эндодонтического лечения, рекомендуемая скорость 1000 об/мин, торк 1 Нсм, длина 21 мм / 25 мм / 31 мм, размер 30/.00

FKG Dentaire SA, Швейцария

