

Инструменты для препарирования корневого канала iRaCe FKG

ИМ-7.107471 до 28.05.2024

машинная обработка, NiTi, в наборе, для лечения,
рекомендуемая скорость 600 об/мин, торк 1.5 Нсм,
длина 21 мм / 25 мм / 31 мм, размер 15/06 / 25/04 /
30/04

FKG Dentaire SA, Швейцария

