

Оттисковой материал CoolTemp Natural

ИМ-7.108721 до 30.07.2025

базовая масса, временные коронки и мосты, рабочее время 50 - 60 с, застывание 3 - 4 мин, объем 85 мл

Coltene/Whaledent AG, Швейцария

