

## Катетер Фогарти Edwards чреспросветный для эмболэктомии

ИМ-7.105727 до 09.10.2022

диаметр 3F-7F, длина 40 / 80 / 120 см, диаметр  
баллона 5-14 мм, объем баллона 0.15-1.60 мл

Edwards Lifesciences LLC, США

