

Комплекс аппаратно-программный медицинский КАПД-02-СТ: исполнение КАПД-02-СТ-Э

ИМ-7.105867/1910 до 07.10.2024

ЧП 0.5-3.3 Гц, манжета, избыточное давление в манжете 2.7-37 кПа, входной импеданс 15 МОм, пропускание сквозного канала 0.03-500 Гц, ослабление синфазных сигналов 100 дБ, датчик пульса, электронный блок, электроды

Системные технологии АО НПП, Россия

