Аппарат подогрева инфузионных жидкостей AMPIRmini портативный

ИМ-7.99428/2304

инфузионная терапия / лечение и профилактика гипотермии / подогрев инфузионных растворов / подогрев крови и кровезаменителей, скорость инфузии 0-300 мл/ч, контроль температуры

ТахатАкси ОДО, Беларусь

Характеристики

Назначение	инфузионная терапия / лечение и профилактика гипотермии / подогрев инфузионных растворов / подогрев крови и кровезаменителей
Скорость инфузии	0-300 мл/ч
Подогрев	34-42 °C
Контроль температуры	Да
Теплообменник	встроенный
Шаг изменения температуры	0.1 °C
Время непрерывной работы	24 часа
Напряжение питания	230 В

Дополнительные характеристики

AMPIRmini портативный – лечение и профилактика гипотермии и вызываемых ею осложнений вне условий стационара. Используется при переливании крови, вливании крови и плазмы, внутривенных вливаниях у детей и взрослых, введении питательных растворов через назальный или энтеральный зонды, инфузионной терапии.

В отличие от модели AMPIRmini стационарный, портативная версия включает источник бесперебойного питания.

Применение: авиамедицина, машины СМП, медицина катастроф, хирургические полевые условия, домашнее лечение. Также может использоваться в стационарных отделениях хирургии, реанимации и интенсивной терапии – работа от сети без использования источника бесперебойного питания (БИП).

Состав AMPIRmini портативный:
1. Блок управления

- LED-дисплей для отображения текущей температуры нагрева.
- В ручном режиме температура регулируется в диапазоне от 34°С до 42°С с шагом 0,1°С, в авто режиме температура на выходе теплообменника поддерживается на уровне 36,6°С.
- Звуковая и световая сигнализация, самотестирование при включении и в процессе работы.

2. Встроенный теплообменник

- Возможность размещения одной или двух инфузионных систем для вливания одновременно.
- Максимальная скорость потока 520 мл/час при использовании 2-х магистралей и 900 мл/час при использовании 1-й магистрали.
- Использование инфузионных магистралей различных диаметров.

3. Источник бесперебойного питания

- Автономная работа в течение 3-5 часов.
- Возможность одновременной работы и зарядки.
- Возможность подключения к бортовой сети автомобиля.
- Наличие панели индикации заряда.
- Наличие фиксатора для крепления блока управления.

4. Ремень фиксирующий

- Размещение аппарата с помощью фиксирующего ремня вблизи пациента: на инфузионной стойке или консоли, рядом с возможным местом инъекции с креплением к пациенту или объекту, на котором размещен пациент.