

Контрольная плазма ТС Тех-контроль П

ИМ-7.114775

система открытая, контрольная плазма

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	контрольная плазма
Назначение	контрольная плазма с патологическим диапазоном значений

Описание

Тех-контроль П – контрольная плазма с патологическим диапазоном значений. Применяется для проведения контроля качества реагентов (Quality Control), используемых при исследовании системы гемостаза.

Аттестован по 7 параметрам в патологическом диапазоне:

- фибриноген (модифицированным методом Клаусса)
- антитромбин
- плазминоген
- протеин С
- коагуляционный фактор VIII
- коагуляционный фактор IX
- коагуляционный фактор XIII