

Оттисковой материал Speedex Putty

ИМ-7.108720 до 30.07.2025

базовая масса, для снятия слепка, смешивание 30 с,
рабочее время 1 мин, застывание 2 мин, объем 910
мл

Coltene/Whaledent AG, Швейцария

