

## Оттисковой материал President Extra Light Body

ИМ-7.108720 до 30.07.2025

корректирующая масса, для снятия слепка,  
смешивание 15 с, рабочее время 2 мин, застывание 3  
мин, объем 50 мл

Coltene/Whaledent AG, Швейцария

