

## Модуль оптический реакционный CFX384 для термоциклера

ИМ-7.107171 до 06.12.2023

модуль реакционный, 384-луночный, объем пробирок 0.1 мл, объем реакционной смеси 1-50 мкл, градиентный нагрев, температура  $-0.2^{\circ}\text{C}$ , нагревание  $5^{\circ}\text{C}/\text{сек}$ , охлаждение  $5^{\circ}\text{C}/\text{сек}$ , с автоматизацией

Bio-Rad Laboratories, США

