

Набор реагентов РеалБест ДНК Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum

ИМ-7.113674

для определения, ДНК, уреаплазма

Вектор-Бест АО, Россия



Характеристики

Назначение	для определения
Выделение	ДНК
Определяемый параметр	уреаплазма
Для термоциклеров	Bio-Rad CFX 96 / Rotor-Gene / ABI / ДТ
Комплектация	Комплект 1: - положительный контрольный образец универсальный (ПКО) – 1 пробирка; - готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок). Принадлежности: - оптическая плёнка – 1,5 листа. Комплект 2: - положительный контрольный образец универсальный (ПКО) – 1 пробирка; - реакционная смесь для ПЦР (РС), лиофилизированная – 10 пробирок, каждая на 10 определений; - раствор для восстановления (РВ) – 2 флакона.