

Набор реагентов ПЦР РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis

ИМ-7.114701

для определения, ДНК, анаплазма / эрлихии

Вектор-Бест АО, Россия



Характеристики

Назначение	для определения
Выделение	ДНК
Определяемый параметр	анаплазма / эрлихии
Для термоциклеров	Bio-Rad CFX 96 / Rotor-Gene / ABI / ДТ
Комплектация	Комплект 1 рассчитан на проведение анализа 48 образцов, включая контрольные образцы: - положительный контрольный образец (ПКО) – 1 пробирка (1,0 мл); - готовая реакционная смесь для ПЦР(ГРС), лиофилизированная – 6 стрипов по 8 пробирок; - раствор для подготовки образцов (РПО) – 4 флакона (по 4,0 мл). Принадлежности: - стрипированные крышки – 6 стрипов по 8 штук или - оптическая плёнка – 1 лист. Комплект 2 рассчитан на проведение анализа 50 образцов, включая контрольные образцы: - положительный контрольный образец (ПКО) – 1 пробирка (1,0 мл); - реакционная смесь для ПЦР (РС), лиофилизированная 5 пробирок, каждая на 10 определений; - раствор для восстановления (РВ) – 1 флакон (2,0 мл); - раствор для подготовки образцов (РПО) – 4 флакона (по 4,0 мл).