

Набор жидкостей для диагностической оценки гигиены полости рта «Колор-тест № 3»

ИМ-7.98206/1610 до 10.10.2021

жидкость, для оценки гигиены полости рта

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,
Россия



Характеристики

Тип	жидкость
Применение	для оценки гигиены полости рта
Форма выпуска	жидкость № 3 - 20 мл

Дополнительные характеристики

«КОЛОП-ТЕСТ №3» — предназначен для выявления мягкого и твердого зубного налета и оценки гигиены полости рта врачом или самостоятельно пациентом в домашних условиях. Содержащаяся в жидкости № 3 метиленовая синь окрашивает бактериальный зубной налет в синий цвет, не изменяя цвета интактных твердых тканей и слизистой оболочки полости рта.