

Набор реагентов Diasens Общий белок в моче и СМЖ

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, липидный профиль,
общий белок, метод определения колориметрический
/ с пирогаллоловым красным, объем 250 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	общий белок
Метод	колориметрический / с пирогаллоловым красным
Материал исследования	моча / спинномозговая жидкость
Объем	250 мл
Состав набора	Реагенты: 250 мл; Калибратор: 1 x 2 мл

Дополнительные характеристики

Билирубин – продукт распада гемоглобина. Причины гипербилирунемии – повышение концентрации билирубина: повреждение печеночных клеток, обтурация желчных протоков, гемолитические болезни, неонатальная желтуха.

Диагноз не должен ставиться на основании одного теста. Необходимо учитывать результаты других исследований и клиническую картину.