

Набор реагентов Diasens Прямой билирубин

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, липидный профиль, билирубин, метод определения колориметрический / модифицированный по Йендрашику-Грофу, объем 465 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип                  | реагенты                                                 |
| Система              | открытая                                                 |
| Группа               | липидный профиль                                         |
| Параметр определения | билирубин                                                |
| Метод                | колориметрический / модифицированный по Йендрашику-Грофу |
| Объем                | 465 мл                                                   |
| Состав набора        | Реагенты: 465 мл                                         |

Дополнительные характеристики

Билирубин – продукт распада гемоглобина. Причины гипербилирунемии – повышение концентрации билирубина: повреждение печеночных клеток, обтурация желчных протоков, гемолитические болезни, неонатальная желтуха.

Диагноз не должен ставиться на основании одного теста. Необходимо учитывать результаты других исследований и клиническую картину.