

Набор реагентов Diasens Триглицериды

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, липидный профиль,
триглицериды, метод определения ферментативный,
объем 500 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	триглицериды
Метод	ферментативный
Объем	500 мл
Состав набора	Реагент: 1 x 500 мл; Калибратор: 1 x 2 мл

Дополнительные характеристики

Триглицериды – это жиры, которые являются источником энергии для клеток. Диета с повышенным содержанием ненасыщенных жиров или углеводов приводит к повышению концентрации триглицеридов в крови.

Увеличение концентрации триглицеридов не специфично, может наблюдаться при гепатите, обструкции желчных путей, циррозе печени, сахарном диабете.

Диагноз не должен быть поставлен на результатах одного теста, а на совокупности клинических симптомов и других исследований.