

## Офтальмологический ультразвуковой UBM-сканер Accutome UBM Plus

ИМ-7.104509 до 02.09.2021

биометр, режим работы датчика иммерсионный,  
подключается к ПК, диапазон рабочих частот -48 МГц

Accutome, США

