

Ортез локтевой OPPO Medical 1287

ИМ-7.96525/1508 до 17.08.2020

ортез, для верхних конечностей, фиксация застежка контакт, размер S 232 - 257 мм / M 260 - 283 мм / L 286 - 308 мм / XL 311 - 333

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	застежка контакт
Материал	нейлон / неопрен / металлическая рама / хлопок
Размер	S 232 - 257 мм / M 260 - 283 мм / L 286 - 308 мм / XL 311 - 333

Дополнительные характеристики

Обеспечивает полную фиксацию локтевого сустава в период реабилитации после травм и операций. Диапазон движений регулируется с помощью полицентрического шарнира. Модель не разъемная. Диапазон разгибания: 0°, 10°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°. Диапазон сгибания: 0°, 10°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°.

Назначение

Шарнирный ортез с металлической шиной обеспечивает стабилизацию локтевого сустава при лечении травм, воспалительных процессов, предохраняет от чрезмерного разгибания локтевого сустава.

Материал неопрен, хлопок, нейлон, металлические шины, застежка (липучка).

Применение

После надевания ортеза зафиксируйте ленты-застежки. Может одеваться как на левую, так и на правую сторону. Регулировка или изменение степени поддержки должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Использовать изделие исключительно по назначению. При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему врачу.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов. Не рекомендуется надевать ортез после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Рекомендации по уходу за изделием

Стирать в прохладной воде, не использовать отбеливающих средств, не гладить, не подвергать химической чистке. Перед стиркой необходимо застегнуть все застёжки. Рекомендуется использовать специальный мешок для стирки. Отжать мокрое изделие и оставить сушиться (не сушить вблизи нагревательных приборов).