Плазмы дефицитные по внешнему фактору

ИМ-7.98849/1611 до 01.11.2021

система открытая, отдельные факторы свертывания, объем 10000 мкл

Helena Laboratories, Великобритания

Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	отдельные факторы свертывания
Назначение	количественное определение активности фактора
Объем	10000 мкл
Фасовка	плазма дефицитная по фактору (1 мл/фл.) – 10 флаконов.

Описание

Тест-система «**Плазма дефицитная по внешнему фактору**» предназначена для количественного определения специальной активности фактора в цитратной человеческой плазме. Этот одноэтапный метод требует реагент для определения АЧТВ и любой прибор для исследования фактора на основе АЧТВ. Плазма получена от донора с природным дефицитом фактора.

Варианты:
- тест-система «Дефицитная плазма по V фактору донорная)», кат. № 5191;
- тест-система «Дефицитная плазма по VII фактору (донорная)», кат. № 5192;
- тест-система «Дефицитная плазма по X фактору (донорная)», кат. № 5195;
- тест-система «Дефицитная плазма по II фактору (иммунозамещенная)», кат. № 5790;
- тест-система «Дефицитная плазма по V фактору иммунозамещенная)», кат. № 5791;
- тест-система «Дефицитная плазма по VII фактору иммунозамещенная)», кат. № 5792;
- тест-система «Дефицитная плазма по X фактору (иммунозамещенная)», кат. № 5795.

Основные характеристики:
- остаточная активность фактора < 1%;
- оптимальная активность остальных факторов;
- человеческая плазма;
- доступны различные плазмы;
- линейность от 10-150%.