

## Тест-полоски АЛКОСЕНСОР № 25

ИМ-7.100127/1806 до 13.06.2023

анализируемый материал слюна

Биосенсор АН ООО, Россия



### Характеристики

---

Анализируемый материал

слюна

Минимально определяемая концентрация

в слюне: 0.0 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0 промилле

### Дополнительные характеристики

---

**Тест-полоски Алкосенсор** - полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне.