

Пробирка вакуумная Improvacuter для СОЭ

ИМ-7.105047/2207

для СОЭ, объем 1.6 / 2.4 мл, размер 13×75 мм /
13×100 мм / 9×120 мм, цветовой код черный, пластик

Improve Medical, Китай



Характеристики

Тип	для СОЭ
Объем	1.6 / 2.4 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 9×120 мм
Цветовой код	черный
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Improvacuter для СОЭ содержат буферный раствор цитрата натрия.

Определение показателей СОЭ происходит в ускоренном режиме **за 30 минут** и эквивалентны результатам, полученным по методу Вестернгрена за 1 час.

Наполнитель: цитрат натрия (4NC - соотношение кровь/цитрат - 4:1).

Материал для исследования: цельная кровь.

Применение: измерение скорости оседания эритроцитов.

Срок хранения материала: 2 часа при 25°C, 12 часов при 4°C.

Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Тип крышки
1.6	9×120 (стекло)	Цитрат натрия (4NC)	S
1.6	13×75 (пластик)	Цитрат натрия (4NC)	SCA
2.4		Цитрат натрия (4NC)	
1.6	13×100 (пластик)	Цитрат натрия (4NC)	
2.4		Цитрат натрия (4NC)	