medcatalog

12.10.2024

Пробирка вакуумная Vacutek с активатором свертывания

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

активатор свертывания, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код красный, пластик / стекло

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай

Характеристики

Тип	активатор свертывания
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик / стекло

Описание

Пробирки вакуумные Vacutek с активатором свертывания предназначены для исследования сыворотки в клинической химии, иммунологии, серологии, электрофорез белков.

Материал для исследования: сыворотка крови
Время свертывания: от 10 до 30 минут
Центрифугирование: 1500-1800 g в течение 10 минут (прежде чем центрифугировать пробирки с сывороткой, необходимо дождаться полного свертывания крови).

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	Активатор свертывания	VC08102P	VC08102G
3 мл			VC08103P	VC08103G
4 мл			VC08104P	VC08104G
5 мл			VC08105P	VC08105G
6 мл	13×100 мм		VC08206P	VC08206G
7 мл			VC08207P	VC08207G
8 мл	16×100 мм		VC08308P	VC08308G
9 мл			VC08309P	VC08309G
10 мл			VC08310P	VC08310G